

华能山东石岛湾核电有限公司

辐射监测载气 采购技术要求

批准：



审核：



编制：



物项名称	备件规格型号	物料编码	物料描述	需求数量	备注	澄清
氮气瓶	99.999% N ₂ , 40L, 10Mpa (常温), G5/8"-RH外螺纹	100031080	氮气\99.999%\40L	27	参考 北分氦谱 同型号规格产品	
氦气瓶	99.999% He, 40L, 10Mpa (常温), G5/8"-RH外螺纹	100921518	氦气\99.999%\40L	27	参考 北分氦谱 同型号规格产品	
氩气瓶	99.999% Ar, 40L, 10Mpa (常温), G5/8"-RH外螺纹	100403508	氩气\99.999%\40L	27	参考 北分氦谱 同型号规格产品	
高浓度组分标准气体	1、容器类型: X8A-8L铝合金气瓶; 2、充装压力: 10MPa (常温); 3、瓶内本底气体为纯He; W21.8-14RH外螺纹。 4、杂质及含量: CO≈800ppm CO ₂ ≈800ppm	102129732	标准气体\混合标气 \99.999%He+800PPMCO+800PPMCO ₂ \8L\	2	参考 北分氦谱 同型号规格产品	
低浓度组分标准气体	1、容器类型: X8A-8L铝合金气瓶; 2、充装压力: 10MPa (常温); 3、瓶内本底气体为纯N ₂ ; W21.8-14RH外螺纹。 4、杂质及含量: He≈200ppm 99.98%N ₂	102380989	标准气体\混合标气 \99.98%N ₂ +200PPMHe\8L	2	参考 北分氦谱 同型号规格产品	